

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі

UA-2024-01-22-002124-a

Підстави для публікації обґрунтування: Постанова КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710».

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради "Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", код за ЄДРПОУ 40980271.

Місцезнаходження/Юридична адреса: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Сумська, 55.

Уповноважена особа Замовника, відповідальна за проведення закупівлі – фахівець з публічних закупівел, Нечай Тетяна Валеріївна, тел. +380503079327, okhtyrka-centr@ukr.net.

Дата прийняття Уповноваженою особою рішення про проведення відкритих торгів по закупівлі – 22.01.2024р.

Предмет закупівлі: Код за ДК 021:2015:33690000-3 Лікарські засоби різні (Реагенти та витратні матеріали на гематологічний аналізатор)

Необхідність проведення відкритих торгів. Закупівля за кодом Код за ДК 021:2015:33690000-3 Лікарські засоби різні (Реагенти та витратні матеріали на гематологічний аналізатор) здійснюється шляхом відкритих торгів з особливостями у відповідності до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами.

Необхідність проведення закупівлі полягає в забезпеченні реагентами та витратними матеріалами для гематологічного аналізатора. Для виконання лабораторних досліджень Замовник повинен, зокрема, забезпечити себе необхідними лікарськими засобами для забезпечення повноцінного медичного обслуговування пацієнтів.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та згідно розрахунків лабораторії КНП ОМР «Охтирський ЦПМСД» на основі кількості пацієнтів, що звертаються за направленням сімейних лікарів. Крім того, в грудні 2023 року Представництвом Міжнародного Медичного Корпусу в Україні була надана благодійна допомога, а саме – гематологічний аналізатор автоматизований, вбудований принтер, Yumizen H500 OT, для роботи якого необхідні реактиви та витратні матеріали. Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№ п/п	Код національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»	Назва предмету закупівлі	Технічні характеристики	Од. виміру	К-сть
1	58237 - Буферний розчинник зразків IVD (діагностика invitro), автоматичні/напівавтоматичні системи	ABX Diluent 20 л (L), ізотонічний розчин	До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: Органічний буфер менше 1000 мл; Консервант менше 20 мл.; Поверхнево активні речовини менше 20 мл.; РН розчину повинен бути в діапазоні $8,1 \pm 0,2$ Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії YUMIZEN	шт.	14
2	61165 - Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика invitro)	Whitediff 1 л (L), лізуючий розчин	До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: Лізуюча речовина менше 50 мл Поверхнево активні речовини менше 50 мл Консервант менше 10 мл РН розчину повинен бути в діапазоні $7,25 \pm 0,25$ Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії YUMIZEN	шт.	30
3	59058 – Мийний / очищувальний розчин IVD (діагностика invitro) для автоматизованих/напівавтоматизованих систем	ABX Cleaner 1 л (L), ферментативний розчин	До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: Органічний буфер менше 50 мл; Протеолітичний ензим менше 10 мл; Консервант менше 10 мл.; РН розчину повинен бути в діапазоні $8,1 \pm 0,5$ Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії YUMIZEN	шт.	15
4	59058 – Мийний / очищувальний розчин IVD (діагностика invitro) для автоматизованих/напівавтоматизованих систем	ABX Minocclair 0,5 л (L), розчин для промивки	До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: Агент хімічної очистки менше 25 мл; Стабілізатор менше 5 мл.; РН розчину повинен бути в діапазоні $12,51 \pm 0,5$ Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії YUMIZEN	шт.	2
5	55866 - Підрахунок клітин крові IVD (діагностика invitro), контрольний матеріал	ABX Difftrol (2N), розчин для контролю	2 фл в наборі Контрольні значення не менше як для 15 параметрів, обов'язкова наявність таких параметрів нейтрофіли, базофіли, еозинофіли Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії YUMIZEN	набір	10

Умова застосування процедури відкритих торгів: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі” зі змінами.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 369 200,00 грн з ПДВ. Визначення очікуваної вартості зроблено відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» зі змінами на підставі отриманих від учасників ринку комерційних пропозицій із зазначенням актуальних цін.

**Уповноважена особа, фахівець з
публічних закупівель**



Тетяна НЕЧАЙ