

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або
розміру бюджетного призначення в межах закупівлі
UA-2025-11-13-008349-a

Підстави для публікації обґрунтування: Постанова КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710».

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради "Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", код за ЄДРПОУ 40980271.

Місцезнаходження/Юридична адреса: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Сумська, 55.

Уповноважена особа Замовника, відповідальна за проведення закупівлі – фахівець з публічних закупівель, Нечай Тетяна Валеріївна, тел. +380503079327, okhtyrka-centr@ukr.net.

Дата прийняття Уповноваженою особою рішення про проведення відкритих торгів по закупівлі – 13.11.2025р.

Предмет закупівлі: Розчин ділюєнта HTI Diluent – 20 л, Розчин для очищення HTI Enzymatic Cleaner 1л, Розчин для промивання, фасування концентрований HTI Enzymatic Cleaner Concentrate 50 мл, Матеріал контролю гематологічний атестований багатопараметричний Para 12 Extend 1x25 m (1 НОРМА), Смужки діагностичні HTI Urine RS H13 №100. Код за ДК 021:2015:33690000-3 Лікарські засоби різні

Необхідність проведення відкритих торгів. Закупівля: Розчин ділюєнта HTI Diluent – 20 л, Розчин для очищення HTI Enzymatic Cleaner 1л, Розчин для промивання, фасування концентрований HTI Enzymatic Cleaner Concentrate 50 мл, Матеріал контролю гематологічний атестований багатопараметричний Para 12 Extend 1x25 m (1 НОРМА), Смужки діагностичні HTI Urine RS H13 №100. Код за ДК 021:2015:33690000-3 Лікарські засоби різні здійснюється шляхом відкритих торгів з особливостями у відповідності до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами.

Необхідність проведення закупівлі полягає в забезпеченні лабораторними реагентами для гематологічного аналізатора. Для виконання лабораторних досліджень Замовник повинен, зокрема, забезпечити себе необхідними лікарськими засобами для забезпечення повноцінного медичного обслуговування пацієнтів.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та згідно розрахунків лабораторії КНП ОМР «Охтирський ЦПМСД» на основі кількості пацієнтів, що звертаються за направленням сімейних лікарів. Лабораторні реагенти, їх технічні та якісні характеристики визначаються насамперед відповідно до моделі/марки самого аналізаторів. Реактиви, зазначені в пунктах 1-5 нижчеказаної таблиці закупаються для забезпечення належного функціонування гематологічного аналізатора «Micro CC-20 Plus» та аналізатора сечі HTI CL-50, для яких призначені дані реактиви. реагенти мають закуповуватись саме таких характеристик.

Тому, враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Найменування	НК 024:2023	Од. виміру	Кількість	Медико-технічні вимоги
--------------	-------------	---------------	-----------	------------------------

Розчин ділюєнта HTI Diluent – 20 л	42651 Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD (діагностика in vitro)	шт	5	Призначення: для розведення при підрахунку числа та розміру клітин у гематологічних аналізаторах. Об'єм фасування, л : 20 л. Загальний термін придатності, місяців: 24. Гарантійний термін придатності розчину після відкриття: днів 90. Температура зберігання, С: 4-35 Продукт повинен бути адаптований для застосування на гематологічному аналізаторі Micro CC-20 (закрита система)
Розчин для очищення HTI Enzymatic Cleaner 1л	59058 Мийний/очишувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/напівавтоматизованих систем	шт	8	Призначення : Для очищення рідинно-провідних магістралей у гематологічних аналізаторах. Об'єм фасування: 1 л. Температура зберігання, С: 4-35. Загальний термін придатності, місяців: 36. Гарантійний термін придатності розчину після відкриття, днів: 90 Продукт повинен бути адаптований для застосування на гематологічному аналізаторі Micro CC-20 (закрита система)
Розчин для промивання, фасування концентрований (HTI Enzymatic Cleaner Concentrate) 1 бут. по 50 мл	59058 Мийний/очишувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/напівавтоматизованих систем	шт	3	Призначення: Концентрований розчин для промивання, це стабілізований і мікрофільтрований концентрований протеолітичний ферментативний розчин для постійного автоматичного очищення, промивки капілярів, трубок і камер гематологічних аналізаторів. Знімає залишок крові і опади ліпопротеїдів на гематологічних аналізаторах. Об'єм фасування, л: 0,05; Загальний термін придатності, місяців: 24; Гарантійний термін придатності розчину після відкриття, днів: 90; Температура зберігання, С: 4-35. Продукт повинен мати відповідне маркування із обов'язковим зазначенням наступної інформації: назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначення до застосування на гематологічному аналізаторі Micro CC-20 наявність на упаковці QR-коду.
Матеріал контролю гематологічний атестований багатопараметричний Para 12 Extend 1x25 м (1	46175 Ферментний імуногематологічний реагент IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	шт	4	Об'єм фасування, мл-2,5. Наявність у паспорті атестованих значень: для Micro CC20 Plus Загальний термін придатності, місяців : 6. ПРИЗНАЧЕННЯ Para 12 Extend є атестованим гематологічним контролем для оцінки точності і достовірності гематологічних приладів, що забезпечують диференціацію лейкоцитів. Реагент може містити деякі абовсі з наступних складових: стабілізовані еритроцити людини, компоненти лейкоцитів, що складаються з людських та / або не-людських аналогів і компоненти тромбоцитів, що складаються з людських або не-людських аналогів в консервованому

НОРМА)				середовищі. ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ Para 12 Extend зберігає стабільність до кінця терміну придатності при зберіганні в діапазоні температур від 2 °C до 10°C. Після відкриття, Para 12 Extend є стабільною протягом терміну придатності відкритого флакона зазначеного на аркуші аналізу (30 днів), при зберіганні в діапазоні температур від 2°C до 10°C. Продукт повинен бути адаптований для застосування на гематологічному аналізаторі Micro CC-20 (закрита система)
Смужки діагностичні HTI Urine RS H13 №100 (для аналізатора сечі)	54514 Численні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз	уп	30	Сечові реагентні тест-смужки повинні забезпечувати тести для вимірювання 13 параметрів: Лейкоцити, Кетони, нітрити, Уробіліноген, Білірубін, Білок, Глюкоза, Питна вага, кров, рН, Креатинін, Кальцій, Мікроальбумін; Сечові реагентні тест-смужки повинні підготувати Замовнику для дослідження на напівавтоматичному оптико-електронному приладі для аналізу сечі на реагентних смужках торгівельної марки HTI модельного ряду CL-50; Результат кожного тесту повинен мати можливість бути проаналізований як візуально, так і за допомогою приладів — аналізаторів сечових смужок.

Умова застосування процедури відкритих торгів: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» зі змінами.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 106 600,00 грн з ПДВ. Визначення очікуваної вартості зроблено відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» зі змінами на підставі отриманих від учасників ринку комерційних пропозицій із зазначенням актуальних цін.

Уповноважена особа, фахівець з публічних закупівель



Тетяна НЕЧАЙ